SCHEMA DI INSERIMENTO
ELISIR



Nei casi in cui l'osso abbia una consistenza D1 e D2 è consigliato l'uso dei maschiatori della linea **ELISIR**

Da utilizzare dopo il passaggio dell'ultima fresa di preparazione del sito implantare per creare l'alloggiamento del neck, nel caso di osso di consistenza D1 e D2